

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
(ГОССТАНДАРТ)

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ"  
Аттестат аккредитации ВУ/112.03.3.0.0055 от 20 июня 1996 г.  
действителен до 31 марта 2015г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 23722-49

Дата поверки 14 11 2011 г.

Действительно до 14 11 2012 г.

Наименование средства измерения: Счетчик жидкости камерный

Заводской номер: 5108166

Тип: VZO 4


Диапазон измерений: 1÷80 л/ч

Класс точности(погрешность): ±1% при Q<2л/ч +1/-2%

Владелец: ОДО «Брендком»

**На основании результатов поверки средство измерений  
признано годным и допускается к применению**

Место оттиска поверительного клейма



Поверитель

подпись

Калошин А.Л.  
расшифровка подписи

1 Исходный эталон Расходомерная установка РУДТ-0,08  
№001  $\delta = \pm 0.3\%$

тип, заводской номер, разряд, класс точности

2. Методика поверки МРБ МП. 2186-2011

3. Результат поверки (при необходимости):

Поверитель

подпись

Настоящее свидетельство подтверждает прослеживаемость измерений,  
выполняемых с помощью данного средства измерения, к  
национальным эталонам и международным единицам системы SI.

220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел.: 233-27-87; факс 288-09-38