



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ МН0372414-4921

Дата поверки «04» марта 2021 г.
Действительно до «04» марта 2022 г.

Средство измерений Счетчик жидкости камерный

Тип VZO-8

№ 5681303

Метрологические характеристики:

Диапазон измерения:

от 4 до 200 л/ч

Класс точности (погрешность):

$\delta = \pm 1 \%$

Владелец ООО "Виссен"

Поверено в соответствии с МРБ МП. 2186-2011

с применением эталонов: Расходомерная установка РУДТ №01

Результаты поверки (при необходимости):

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допускается к применению

Место оттиска поверительного клейма



Поверитель

подпись

Коржунов Евгений Николаевич

расшифровка подписи

Настоящее свидетельство подтверждает прослеживаемость измерений, выполняемых с помощью данного средства измерений, к единицам SI, которые воспроизводятся национальными эталонами