

**Электроизмерительные приборы, бренда «MULTICON»  
 В Государственном реестре средств измерения  
 Эксклюзивный представитель на территории РБ**

№ госреестра РБ 03 13 7419 20, № сертификата 13198 до 27.02.2025г.  
 Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011: «Электромагнитная совместимость технических средств»

Модель		Multicon C530	Multicon C635	Multicon C2055
Напряжение, U	DC	600В	600В	1000В
	AC	600В	600В	750В
Ток, I	DC	200мА	600А	2000А
	AC	500А	600А	2000А
Сопротивление, R		20 МОм	40 МОм	40 МОм
Ёмкость, С		-	100 мкФ	100 мкФ
Частота, f		-	99,99 кГц	1 МГц
Температура, t		-	-20°C... +1000°C	-
Разрядность (max отображаемое значение)		3,1 (1999)	3,3 (3999)	3,3 (3999)
Выбор пределов		авто	ручной, авто	ручной, авто
Автоотключение		+	+	+
Индикатор разряда батареи		+	+	+
Максимальная ширина раскрытия клещей		30 мм	35 мм	55 мм
Доп. функции		Прозвонка, max/min, HOLD питание AAA 1,5В * 2шт	Прозвонка, коэф. Заполнения, HOLD, Rel питание крона 9В	Прозвонка, коэф. Заполнения, HOLD, Rel питание крона 9В

**Токовые клещи цифровые MULTICON  
 (с поверкой)**



Будем рады ответить на все интересующие вопросы  
 телефоны для связи: +375 17 378 16 06, +375 29 311 77 27  
 e-mail: [tp\\_sales@tut.by](mailto:tp_sales@tut.by)  
[www.multicon.by](http://www.multicon.by)